

# WELCHES DORO LUCENT® iMRI KOPFHALTERUNGSSYSTEM IST DAS RICHTIGE FÜR SIE?

Finden Sie heraus, welchen MRT-Scanner und welchen OP-Tisch Sie in Ihrem OP-Saal verwenden und vergleichen Sie diese mit der folgenden Übersicht, um um das zu Ihrer OP-Umgebung passende DORO LUCENT® MRI Kopfhalterungssystem zu finden.

MRT-SCANNER	PHILIPS Ingenia MR-OR (1.5T & 3T)	GE 3.0T Signa HDxt / Signa Artist & Architect / Optima MR450w / Discovery MR750 & 750w	SIEMENS MAGNETOM Aera / Skyra																																																		
OP-TISCH mit Transfer-Lagerfläche	MIZUHO	MAQUET / GETINGE Alphaquet & Otesus / Magnus	TRUMPF TruSystem																																																		
																																																					
<b>DORO LUCENT®</b> Kopfhalterungssystem MIZUHO Artikel-Nr. 4003.350	<b>DORO LUCENT®</b> Kopfhalterungssystem MAQUET Artikel-Nr. 4003.300	<b>DORO LUCENT®</b> Kopfhalterungssystem TRUMPF Artikel-Nr. 4003.200																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lieferumfang</th> <th>Artikel-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DORO® Schädelklemme, röntgendurchlässig für DORO LUCENT® Parallelogrammadapter</td> <td>4003.001</td> </tr> <tr> <td>DORO® Kopfplatte</td> <td>4003.005</td> </tr> <tr> <td>DORO® Einstellschlüssel für DORO LUCENT® Parallelogrammadapter</td> <td>4003.011</td> </tr> <tr> <td>DORO LUCENT® Aufbewahrungsbox für Parallelogrammadapter</td> <td>4003.030</td> </tr> <tr> <td>DORO LUCENT® iMRI Parallelogrammadapter MAQUET</td> <td>4003.311</td> </tr> <tr> <td>DORO LUCENT® Einweg Schädelorne, Erwachsene (3 Stk.)</td> <td>1106.003</td> </tr> </tbody> </table>	Lieferumfang	Artikel-Nr.	DORO® Schädelklemme, röntgendurchlässig für DORO LUCENT® Parallelogrammadapter	4003.001	DORO® Kopfplatte	4003.005	DORO® Einstellschlüssel für DORO LUCENT® Parallelogrammadapter	4003.011	DORO LUCENT® Aufbewahrungsbox für Parallelogrammadapter	4003.030	DORO LUCENT® iMRI Parallelogrammadapter MAQUET	4003.311	DORO LUCENT® Einweg Schädelorne, Erwachsene (3 Stk.)	1106.003	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lieferumfang</th> <th>Artikel-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DORO® Schädelklemme, röntgendurchlässig für DORO LUCENT® Parallelogrammadapter</td> <td>4003.001</td> </tr> <tr> <td>DORO® Kopfplatte</td> <td>4003.005</td> </tr> <tr> <td>DORO® Einstellschlüssel für DORO LUCENT® Parallelogrammadapter</td> <td>4003.011</td> </tr> <tr> <td>DORO LUCENT® Aufbewahrungsbox für Parallelogrammadapter</td> <td>4003.030</td> </tr> <tr> <td>DORO LUCENT® iMRI Parallelogrammadapter MAQUET</td> <td>4003.311</td> </tr> <tr> <td>DORO LUCENT® iMRI-Transfer Kollisionsindikator</td> <td>4003.XXX</td> </tr> <tr> <td>DORO LUCENT® Einweg Schädelorne, Erwachsene (3 Stk.)</td> <td>1106.003</td> </tr> </tbody> </table>	Lieferumfang	Artikel-Nr.	DORO® Schädelklemme, röntgendurchlässig für DORO LUCENT® Parallelogrammadapter	4003.001	DORO® Kopfplatte	4003.005	DORO® Einstellschlüssel für DORO LUCENT® Parallelogrammadapter	4003.011	DORO LUCENT® Aufbewahrungsbox für Parallelogrammadapter	4003.030	DORO LUCENT® iMRI Parallelogrammadapter MAQUET	4003.311	DORO LUCENT® iMRI-Transfer Kollisionsindikator	4003.XXX	DORO LUCENT® Einweg Schädelorne, Erwachsene (3 Stk.)	1106.003	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Lieferumfang</th> <th>Artikel-Nr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DORO® Schädelklemme, röntgendurchlässig für DORO LUCENT® Parallelogrammadapter</td> <td>4003.001</td> </tr> <tr> <td>DORO® Kopfplatte</td> <td>4003.005</td> </tr> <tr> <td>DORO® Einstellschlüssel für DORO LUCENT® Parallelogrammadapter</td> <td>4003.011</td> </tr> <tr> <td>DORO LUCENT® Aufbewahrungsbox für Parallelogrammadapter</td> <td>4003.030</td> </tr> <tr> <td>DORO LUCENT® iMRI Parallelogrammadapter TRUMPF</td> <td>4003.211</td> </tr> <tr> <td>DORO LUCENT® iMRI-Kissen TRUMPF</td> <td>4003.212</td> </tr> <tr> <td>DORO LUCENT® iMRI-Transfer Kollisionsindikator</td> <td>4003.XXX</td> </tr> <tr> <td>DORO LUCENT® Einweg Schädelorne, Erwachsene (3 Stk.)</td> <td>1106.003</td> </tr> <tr> <td>DORO® Torx-Schraubendreher T45, unmagnetisch</td> <td>3033-68</td> </tr> </tbody> </table>	Lieferumfang	Artikel-Nr.	DORO® Schädelklemme, röntgendurchlässig für DORO LUCENT® Parallelogrammadapter	4003.001	DORO® Kopfplatte	4003.005	DORO® Einstellschlüssel für DORO LUCENT® Parallelogrammadapter	4003.011	DORO LUCENT® Aufbewahrungsbox für Parallelogrammadapter	4003.030	DORO LUCENT® iMRI Parallelogrammadapter TRUMPF	4003.211	DORO LUCENT® iMRI-Kissen TRUMPF	4003.212	DORO LUCENT® iMRI-Transfer Kollisionsindikator	4003.XXX	DORO LUCENT® Einweg Schädelorne, Erwachsene (3 Stk.)	1106.003	DORO® Torx-Schraubendreher T45, unmagnetisch	3033-68	
Lieferumfang	Artikel-Nr.																																																				
DORO® Schädelklemme, röntgendurchlässig für DORO LUCENT® Parallelogrammadapter	4003.001																																																				
DORO® Kopfplatte	4003.005																																																				
DORO® Einstellschlüssel für DORO LUCENT® Parallelogrammadapter	4003.011																																																				
DORO LUCENT® Aufbewahrungsbox für Parallelogrammadapter	4003.030																																																				
DORO LUCENT® iMRI Parallelogrammadapter MAQUET	4003.311																																																				
DORO LUCENT® Einweg Schädelorne, Erwachsene (3 Stk.)	1106.003																																																				
Lieferumfang	Artikel-Nr.																																																				
DORO® Schädelklemme, röntgendurchlässig für DORO LUCENT® Parallelogrammadapter	4003.001																																																				
DORO® Kopfplatte	4003.005																																																				
DORO® Einstellschlüssel für DORO LUCENT® Parallelogrammadapter	4003.011																																																				
DORO LUCENT® Aufbewahrungsbox für Parallelogrammadapter	4003.030																																																				
DORO LUCENT® iMRI Parallelogrammadapter MAQUET	4003.311																																																				
DORO LUCENT® iMRI-Transfer Kollisionsindikator	4003.XXX																																																				
DORO LUCENT® Einweg Schädelorne, Erwachsene (3 Stk.)	1106.003																																																				
Lieferumfang	Artikel-Nr.																																																				
DORO® Schädelklemme, röntgendurchlässig für DORO LUCENT® Parallelogrammadapter	4003.001																																																				
DORO® Kopfplatte	4003.005																																																				
DORO® Einstellschlüssel für DORO LUCENT® Parallelogrammadapter	4003.011																																																				
DORO LUCENT® Aufbewahrungsbox für Parallelogrammadapter	4003.030																																																				
DORO LUCENT® iMRI Parallelogrammadapter TRUMPF	4003.211																																																				
DORO LUCENT® iMRI-Kissen TRUMPF	4003.212																																																				
DORO LUCENT® iMRI-Transfer Kollisionsindikator	4003.XXX																																																				
DORO LUCENT® Einweg Schädelorne, Erwachsene (3 Stk.)	1106.003																																																				
DORO® Torx-Schraubendreher T45, unmagnetisch	3033-68																																																				
<p>Ein passender iMRI Transfer Kollisionsindikator muss bei Phillips erworben werden.</p>	<p><b>BITTE BEACHTEN:</b> Bei der Erstinstallation eines DORO LUCENT® iMRI-Kopfhalterungssystems ist eine fachliche Schulung erforderlich (Seite 32). Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren örtlichen DORO®-Vertreter.</p>																																																				